



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74



Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

07.11.2016 № 01У-2171/16

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О приостановлении применения  
медицинских изделий

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий», в связи с угрозой причинения вреда здоровью граждан, сообщает о приостановлении применения медицинских изделий производства ООО «Волоть», 301137, Россия, Тульская область, Ленинский район, поселок Октябрьский, регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03992 от 15.03.2013, срок действия не ограничен:

- «Нити хирургические с иглами атравматическими, нити хирургические в отрезках: капрон, нить белая полиамидная нерассасывающаяся крученая ВОЛОТЬ™, USP 1, metric 4, 150 cm, ТУ 9398-003-24648800-2011 ИАКПл-Н × 4 (1) Капрон крученая /150», LOT 2822-2;

- «Нити хирургические с иглами атравматическими, нити хирургические в отрезках: капрон, нить белая полиамидная нерассасывающаяся крученая ВОЛОТЬ™, USP 2, metric 5, 150 cm, ТУ 9398-003-24648800-2011 ИАКПл-Н × 5 (2) Капрон крученая /150», LOT 2822-1, на основании экспертных заключений ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора от 06.10.2016 № 13/ГЗ-16-483Э/1-027, от 06.10.2016 № 13/ГЗ-16-484Э/1-027 и приказа Росздравнадзора от 07.11.2016 № 12220.

Руководитель

М.А. Мурашко