



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

27.04.2017 № 01ч - 1029 / 17

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2153681

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что в связи с проведением коррекционных мероприятий производитель отзывает из обращения выявленное медицинское изделие «Бинт нестерильный марлевый медицинский Extraplast», размер 7м×10см, серия 4KB15, производства ООО «ПРОТЕК-СВМ», 115201, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 7, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11821 от 05.09.2011, срок действия не ограничен.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 10.10.2016 № 01И-1959/16 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «ПРОТЕК-СВМ» по тел. 8 (495) 231 28 61, факс 8 (495) 231 28 59.

Руководитель

М.А. Мурашко