



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2166641

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

08.08.2017 № 024-1922/17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве отдельной партии  
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с информационным письмом ЗАО «Гигровата – Санкт-Петербург» к субъектам обращения медицинских изделий в рамках корректирующих мероприятий сообщает об отзыве отдельной партии медицинского изделия «Медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная марля размер отреза: 0,9 х 3 м ГОСТ 9412-93 и ТО 9393- 016-00319730-2012», дата изготовления указана на запаечном шве: MFP 2017, гарантийный срок: 5 лет с даты изготовления, производства ЗАО «Гигровата-Санкт-Петербург», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04742 от 30.11.2012.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 30.06.2017 № 01И-1585/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться к производителю ЗАО «Гигровата – Санкт-Петербург» (192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, тел.: +7-812-560-13-19, e-mail: spb@gigrovata.ru).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести мероприятия по проверке наличия в обращении указанной партии Медицинского изделия и произвести изъятие из обращения для возврата или замены.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“ГИГРОВАТА - САНКТ - ПЕТЕРБУРГ”

Юридический адрес:  
188710, г. Всеволожск, Ленинградская обл.,  
ул. Александровская, д. 76  
КПП 470301001

Почтовый адрес:  
192171, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 20  
КПП 781103001

тел.: 560-13-19 email: [spb@gigrovata.ru](mailto:spb@gigrovata.ru) факс: 560-97-14

ИНН 7811007137, ОГРН 1024700558222

Филиал «Петербургский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в г. Санкт-Петербурге:  
Расчетный счет № 40702810809000006481, БИК 044030749, Корр счет 30101810100000000749 в ГРКЦ ГУ  
БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
ОКПО 00319730, ОК ВЭД 17.54.3

05.08.2017 № 35/01-44

Об отзыве недоброкачественного  
медицинского изделия

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Всем заинтересованным  
организациям

ЗАО «Гигровата – Санкт-Петербург» сообщает, что на основании информационного письма Росздравнадзора № 01И-1585/17 от 30.06.2017 г. «О недоброкачественном медицинском изделии», отзывает из обращения, указанное в письме изделие: «медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная марля размер отреза: 0,9 × 3 м ГОСТ 9412-93 и ТО 9393-016-00319730-2012», дата изготовления указана на запаечном шве: MFP 2017, производства ЗАО «Гигровата – Санкт-Петербург», Россия. Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04742 от 30.11.2012 г.

Прием недоброкачественного изделия будет осуществляться производителем по адресам:

1.г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д.20, ЗАО «Гигровата – Санкт-Петербург».

2. г. Москва, Нововладыкинский проезд, д.6Б, стр. 4, ООО «Амелия Центр»

Контактный телефон для обращений: 8(812) 560-13-19

Генеральный директор



А.А. Маграмов