



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2173959

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

28.08.2017 № 014-2125/17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает об информации, поступившей от производителя об отзыве из обращения на территории Российской Федерации медицинского изделия «Нити хирургические капроновые крученые нестерильные ТУ 9393-001-73016306-2008 № 1-(4), длина 130 м», дата выпуска 27.11.2014, годен до 27.11.2019, партия № 670, производства ООО «Моснитки», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04815 от 27.12.2012, срок действия не ограничен.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 13.06.2017 № 01И-1418/17 «О приостановлении применения медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Моснитки» по адресу: 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д.6, кор.2.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора

от 28.08.2017 № 011 - 2125 / 17.

**Общество с ограниченной ответственностью «МОСНИТКИ»**

**127106, г. Москва,**

**Гостиничный проезд, д.6, кор. 2;**

**ИНН 5050049138; КПП 771501001; ОКПО 73016306**

**+7 495 739 51 91**


Исх. №190/М от 23.06.2017

Руководителям субъектов  
обращения медицинских изделий.

На основании письма Росздравнадзора от 13.06.2017 №10-29552/17 о приостановлении применения медицинского изделия, ООО «Моснитки» осуществляет отзыв медицинских изделий «Нити хирургические капроновые кручёные нестерильные ТУ 9393-001-73016306-2008 №1-(4), длина 130м., дата выпуска 27.11.2014 партия №670, годен до 27.11.2019, производство ООО «Моснитки», регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04815 от 27.12.2012 срок действия не ограничен. Причина отзыва: отрицательное заключение №13/ГЗ -17-163Э – 027 от 25.05.2017 по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности при проведении государственного контроля за обращением вышеуказанного медицинского изделия.

ООО «Моснитки» приносит свои извинения за причинённые неудобства, гарантирует возврат денежных средств за вышеуказанную поставленную продукцию и иные затраты связанные с её доставкой и транспортировкой. В случае необходимости, готовы предоставить дополнительные разъяснения.

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «Моснитки»



Д.В.Сергеев