



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2214952

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

03.04.2018 № 01И-827/18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО "Вендорс" уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Маски медицинские одноразовые на резинках 3-х слойные», арт.RLN3210, партия LPB15092, производства «Вухан Лифарма Кемикалз Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02100 от 03.07. 2008, (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 01.03.2018 № 01И-506/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО "Вендорс" по тел. 8 (495) 792-31-91, 8 (800) 200-31-91.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Общество с ограниченной ответственностью «Вендорс»

Юридический адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы 35, стр. 5
Фактический/почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы 35, стр. 5
Тел.: 8 (495) 792-31-91
ОГРН 1027739438033
ИНН 7733088979 КПП 773301001

Исх. №1503/18-2 от 15.03.2018 г.

Субъектам обращения медицинских изделий

Общество с ограниченной ответственностью «Вендорс», являясь уполномоченным представителем компании «Вухан Лифарма Кемикалз Ко, Лтд.» на территории Российской Федерации, уведомляет об отзыве медицинского изделия «Маски медицинские одноразовые на резинках 3-х слойные», арт. RLN3210, партия № LPB15092, произведено 2015-10, использовать до 2018-10, производства «Вухан Лифарма Кемикалз Ко.,Лтд.», Китай, в связи с несоответствием требованиям технической документации производителя в части размера, для возмещения их стоимости всех реализованных и не использованных изделий.

Просим направлять информацию обо всех случаях выявления данного медицинского изделия на электронную почту info@bahily.ru. В сообщениях необходимо указывать:

- дату и место выявления медицинского изделия;
- количество выявленных изделий;
- фотографии маркировки потребительской и транспортной (при наличии) упаковок;
- контактные данные для обратной связи;

В случае возникновения вопросов у потребителей, просим обращаться в Отдел продаж ООО «Вендорс» по телефонам: 8 (495) 792-31-91; 8 (800) 200-31-91.

С уважением,

Генеральный директор ООО «Вендорс»



Аветисян Р.Э.