



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

27.08.2018 № Одч-2066/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2236810

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Медицинское предприятие «Симург», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Набор гинекологический "Юнона" № 2 (зеркало гинекологическое по Куско, шпатель Эйера, перчатки (пара), пленка), ТУ РБ 300046934.010-2002, Зеркало по Куско № 1/S», партия 702116, серия 2016-02, использовать до 2019-02, производства ЗАО "Медицинское предприятие Симург", Республика Беларусь, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12751 от 29.11.2012 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 11.07.2018 № 01И-1721/18 «О приостановлении применения медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Медицинское предприятие «Симург» по тел. (812) 332-91-70, email: office@mp-simurg.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко



Общество с ограниченной ответственностью  
**«Медицинское предприятие «Симург»**

Исх № 64/18 от 1.08. 2018  
г. Санкт-Петербург  
«1» августа 2018г

**Уведомление о отзыве**

медицинского изделия Набор гинекологический «Юнона» № 2/S,  
(партия 702116 серия 2016-02, использовать до 2019-02)  
производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь.

**Уважаемый пользователь и потребитель!**

Цель настоящего письма - сообщить Вам, что ООО «Медицинское предприятие «Симург»  
отзывает медицинское изделие Набор гинекологический «Юнона» № 2/S,  
(партия 702116 серия 2016-02, использовать до 2019-02)

Причина отзыва: уведомление №04-31166/18 от 11.07.2018 о результатах экспертизы  
качества, эффективности и безопасности медицинского изделия Набор гинекологический  
«Юнона» № 2/S, (партия 702116 серия 2016-02, использовать до 2019-02)  
производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь, содержащее  
вывод о наличии угрозы причинения вреда здоровью граждан при применении медицинского  
изделия.

Действия, которые должны быть предприняты пользователем:

1. Ознакомиться с Уведомлением об отзыве.
2. Проверить наличие на складе указанной серии медицинского изделия.
3. Отправить заявку на электронный адрес нашего предприятия (e-mail: [office@mp-simurg.ru](mailto:office@mp-simurg.ru)) с количества несоответствующей продукции.

Мы приносим извинения за любые неудобства, причиненные вашему учреждению.

По всем вопросам, касающимся данного отзыва, вы можете обратиться в ООО «Медицинское  
предприятие «Симург» Электронный адрес [office@mp-simurg.ru](mailto:office@mp-simurg.ru), телефон (812)3329170

Генеральный директор  
ООО «Медицинское предприятие «Симург»



Летюев С.П./