



2282196

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

22 ФЕВ 2019

№ 0111-560/19

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «МиниМед», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Наконечник для дозаторов универсальный, 2-200 мкл с фаской, материал полипропилен», серия: 02122016, арт. 12001320, производства «Нинбо Гритмед Медикал Инструменте Ко., ЛТД.», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 09.01.2019 № 01И-21/19 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «МиниМед» по тел: (4832) 92-97-97, 92-24-52.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район,  
с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А  
Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62  
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32  
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

www.minimed.ru e-mail: info@minimed.ru

Р/с 40702810200047104303  
К/с 30101810700000000716  
ИНН 3234007127

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Туле г. Тула  
КПП 320701001 БИК 047003716  
ОГРН 1023202138332 ОКПО 29508133

Исх. №9 от 15.01.2019г.

**Субъектам обращения медицинских изделий  
Руководителям лечебно-профилактических учреждений  
Руководителям предприятий оптово-розничной торговли**

Уважаемый коллеги!

В ответ на информационное письмо №01и-21/19 от 09.01.2019г. о выявлении в обращении недоброкачественного медицинского изделия «Наконечник для дозаторов универсальный, 2-200 мкл с фаской, материал полипропилен», серия: 02122016, арт.12001320, производства «Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., ЛТД.», Китай регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012, сообщаем следующее:

Изделие «Наконечник для дозаторов универсальный, 2-200 мкл с фаской, материал полипропилен», серия: 02122016, арт.12001320, производства «Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., ЛТД.», Китай, изъято из оборота. Для субъектов обращения медицинских изделий составлены информационные письма с целью возврата продукции в адрес поставщика.

В настоящее время проводятся мероприятия по внесению изменений в регистрационное досье.

С уважением,  
Директор ООО «МиниМед»



Азбукин В.Р.