



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

24.09.2019 № 014-2315/19

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2324406

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «МиниМед», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия:

«Чашка Петри Ø 90мм индивидуальная упаковка», арт. 11000202, серия: 21012018, производства «Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD», Китай, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении от 28.03.2012 № ФСЗ 2012/11857, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 23.08.2019 № 02И-2054/19 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к поставщику в ООО «МиниМед», по адресу: Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а; по тел. 8-800-100-48-32.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора  
от 24.09.2019 № ОИ-2315/  
19



241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район,  
с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А  
Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62  
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32  
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

www.minimed.ru e-mail: info@minimed.ru

Р/с 40702810200047104303  
К/с 30101810700000000716  
ИНН 3234007127

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Туле г. Тула  
КПП 320701001 БИК 047003716  
ОГРН 1023202138332 ОКПО 29508133

Исх. №203 от 03.09.2019г.

Субъектам обращения медицинских изделий  
Руководителям лечебно-профилактических учреждений  
Руководителям предприятий оптово-розничной торговли


Уважаемый коллеги!

В ответ на информационное письмо №02и-2054/19 от 23.08.2019г. о выявлении в обращении недоброкачественного медицинского изделия «Чашка Петри Ø 90мм индивидуальная упаковка», арт. 11000202, серия 21012018, производства «Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012, сообщаем следующее:

Изделие «Чашка Петри Ø 90мм индивидуальная упаковка», арт. 11000202, производства «Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай, изъято из оборота.

Нереализованные партии товара подлежат возврату в адрес ООО «МиниМед», Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а. Все затраты, связанные с физическим возвратом указанного изделия ООО «МиниМед» берет на себя.

С уважением,  
Директор ООО «МиниМед»



В.Р. Азбукин