



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

09.10.2019 № ОИ-2499/19

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2329369

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от АО «ПРОТЕКО», уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации, сообщает об отзыве медицинского изделия «Микроапликатор стоматологический EURONDA, Размер: Fine, REF: M6500F, цвет Yellow/Желтый, Blue/Голубой», LOT 0118042001, производитель «Lakong Medical Devices Co Ltd.», Китай, регистрационное удостоверение от 11.03.2012 № ФСЗ 2012/12228, срок действия не ограничен (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 20.08.2019 № 02И-2020/19 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в АО «ПРОТЕКО», почтовый адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5, к. 2, тел./факс: +7(812)-635-88-90, E-mail: info@protecodent.ru.

Приложение на 1 л. в 1 экз.


Руководитель

М.А. Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора
от 09.10.2019 № 01и-2479/19



PROTECO



Исх. № 53 от 20.09.2019г.

Субъектам обращения медицинских
изделий

**Информационное письмо
об отзыве из обращения медицинского изделия**

Настоящим АО «ПРОТЕКО», уполномоченный представитель производителя «Лаконг Медикал Девайсес Ко., Лтд.», Китай (Lakong Medical Devices Co Ltd), в России сообщает об отзыве медицинского изделия: «Микроапликатор стоматологический EURONDA Размер: Fine, REF: M6500F, цвет Yellow/Желтый, Blue/Голубой», LOT 0118042001», дата производства 20.04.2018, производства: «Лаконг Медикал Девайсес Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение от 25.06.2012г. №ФСЗ 2012/12228, срок действия не ограничен

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 20.08.2019г. № 02и-2020/19 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Мы просим всех потребителей медицинского изделия: «Микроапликатор стоматологический EURONDA Размер: Fine, REF: M6500F, цвет Yellow/Желтый, Blue/Голубой», LOT 0118042001», дата производства 20.04.2018, производство: «Лаконг Медикал Девайсес Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение от 25.06.2012 №ФСЗ 2012/12228, срок действия не ограничен, проверить наличие оставшихся изделий и вернуть их поставщику с целью возврата денег, ранее уплаченных при покупке изделия.

Все расходы, связанные с возвратом АО «ПРОТЕКО», берет на себя.

Генеральный директор АО «ПРОТЕКО»  Шалак К.В.



Почтовый адрес:
196128, г. Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д. 5,
корпус 2.

Юридический адрес:
192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 57,
корпус 1, литера И.

Тел./факс: +7 (812) 635-88-90
E-mail: info@protecodent.ru
www.protecodent.ru
ИНН 781644157

61584