



Министерство здравоохранения
Российской Федерации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

30.12.2019 № ОИ-3143/19

На № _____ от _____

Об отмене информационного письма
Росздравнадзора от 19.11.2019
№ 01И-2810/19 и о внесении изменений в
информационное письмо Росздравнадзора
от 17.10.2019 № 01И-2583/19

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает об отмене информационного письма Росздравнадзора от 19.11.2019 № 01И-2810/19 «О внесении изменений в информационное письмо Росздравнадзора от 17.10.2019 № 01И-2583/19», а также во изменение информационного письма Росздравнадзора от 17.10.2019 № 01И-2583/19 в связи с технической ошибкой просит считать верным следующее изложение абзаца:

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании экспертных заключений ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении Росздравнадзором в обращении недоброкачественного медицинского изделия «Напальчник медицинский латексный «НМл-АМТт» по ТУ 9398-005-53757884-2008, размер 1», производства ООО «АМТ трейд», 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3, эт. 2, пом. IV, к. 1, 2, 4, регистрационное удостоверение от 03.04.2017 № ФСР 2008/02638, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), не соответствующего требованиям технической документации производителя, содержащейся в комплекте данной регистрационной документации, и представляющего угрозу здоровью при его применении (см. приложение).».

Руководитель

М.А. Мурашко