



Министерство здравоохранения
Российской Федерации



2351648

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

07.02.2020 № 024-250/20

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что на основании информации, поступившей от ООО «Медин-Н», производителя медицинского изделия «Иглы атравматические ИА- «Медин-Н» с нитями «Сабфил» и «Моносорб» однократного применения, стерильные по ТУ 9398-007-52318770-2004. Нить [полигликолакт 9/1] плетеная Сабфил фиолетовая рассасывающаяся USP 6/0 metric 0.7 45 см, игла колющая 4/8 0,3/13 мм» производства ООО «Медин-Н» (Россия), производителем принято решение о добровольном отзыве медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: в связи с информационным письмом Росздравнадзора от 06.08.2019 № 01И-1894/19 «О незарегистрированном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Медин-Н» (620075, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка 145-2, тел. 8 (343) 212-5882, e.mail: sale@medin-n.ru).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко

Одн-250/
120



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Екатеринбург

ООО «МЕДИН-Н»

620075, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 145-2.
Тел./Факс (343) 212-58-82, 234-37-33
E-mail: sale@medin-n.ru

Субъектам обращения медицинских изделий

От ООО «Медин-Н»

620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145-2

Исх. № 254 от 24.12.2019г.

Настоящим, уведомляем всех приобретателей медицинского изделия «Иглы атравматические ИА-«Медин-Н» с нитями «Сабфил» и «Моносорб» однократного применения, стерильные по ТУ 9398-007-52318770-2004». Нить (полигликолат 9/1) плетеная фиолетовая рассасывающаяся USP 6/0 metric 0.7 45 см, игла колющая 4/8 0,3/13 мм» (далее по тексту – «медицинское изделие») об отзыве из обращения незарегистрированного медицинского изделия.

Директор ООО «Медин-Н»



/Жданов В.Ф.