



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2361040

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

30.03.2020 № 02И-548/20

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Полимерные изделия», производителя медицинского изделия «Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм площадочный по ТУ 9398-176-44942795-2005», производства ООО «Полимерные изделия», Россия, регистрационное удостоверение от 04.06.2010 № ФСР 2010/07936, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 07.02.2020 № 02И-253/20 «О незарегистрированном медицинском изделии «Пинцет полимерный».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю ООО «Полимерные изделия» по адресу: 420021, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, д.12, тел: (843)278-23-05, 275-22-77, e-mail; info@polimizd.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко

Общество с ограниченной ответственностью  
**ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**Исх. № 38 от 11.02 2020 г.

Субъектам обращения медицинских изделий

**Информационное письмо**

В связи с получением письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) № 02и-253/20 от 07.02.2020 о незарегистрированном медицинском изделии «Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм площадочный по ТУ 9398-176-44942795-2005», производства ООО «Полимерные изделия», Россия, регистрационное удостоверение от 04.06.2010 № ФСР 2010/07936, срок действия не ограничен, сообщаем следующее:

С целью недопущения обращения незарегистрированного медицинского изделия ООО «Полимерные изделия» просит всех субъектов обращения медицинских изделий провести проверку наличия медицинского изделия «Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм площадочный по ТУ 9398-176-44942795-2005» производства ООО «Полимерные изделия» изготовленного до 12.2017, в случае выявления осуществить его возврат в адрес ООО «Полимерные изделия» (420021, г.Казань, ул.Салиха Сайдашева, д.12), предварительно связавшись с сотрудниками нашей компании по контактными телефонам (843)278-23-05, 275-22-77 или e-mail: info@polimizd.ru

Дополнительно сообщаем, что пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм разрешен к обращению на территории Российской Федерации с 07.12.2017г. приказом Росздравнадзора от 07.12.2017 №10057.

Директор



Н.Х. Шакиров