



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации



2361475

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

03.04.2020 № Одч-581/20

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от производителя АО «ДИАКОН-ДС» медицинского изделия «Холестерин ДДС. Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови ТУ 9398-017-48813770-2016», серия 0180718, кат № 10 192, изготовлено 26.07.18 производства АО «ДИАКОН-ДС», Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а, регистрационное удостоверение от 16.09.2016 № ФСР 2009/04745, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Для получения дополнительной информации следует обращаться в АО «ДИАКОН-ДС» по телефонам: 8 495 980-63-38, 8 495 980-63-39.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко

Лек. № 58  
«04» марта 2020г.

Субъектам обращения  
медицинских изделий

### О проведении коррекционных мероприятий

Акционерное общество «**ДИАКОН-ДС**» (АО «**ДИАКОН-ДС**») сообщает об отзыве медицинского изделия «**ХОЛЕСТЕРИН ДДС Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови. 600 мл. Реагент – 6 фл. х 100 мл. Калибратор – 2 фл. х 3,0 мл.**». Серия 0180718, Кат № 10 192, изготовлено 26.07.18, годен до 26.01.20, производства АО «**ДИАКОН-ДС**», Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04745 от 16.09.2016, срок действия не ограничен.

Просим Вас связаться с АО «**ДИАКОН-ДС**» для получения дополнительной информации по телефонам: 8 495 980-63-38, 8 495 980-63-39 или по e-mail: dds@diakon-ds.ru.  
Приносим Вам свои извинения!

С уважением,  
Генеральный директор  
АО «**ДИАКОН-ДС**»



Шарышев А.А.

Исполнитель: Н.С. Ржевская  
8 926 872 37 58  
8 495 980-63-39 доб.55-21  
[n.rzhevskaya@diakonlab.ru](mailto:n.rzhevskaya@diakonlab.ru)