



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

22.06.2020 № ОМ-1181/20

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от АО «Уральский приборостроительный завод», производителя медицинского изделия:

«Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» по ТУ 9444-004-07509215-2010 с принадлежностями», производства АО «Уральский приборостроительный завод», Россия, регистрационное удостоверение от 19.02.2016 № ФСР 2010/09268, срок действия не ограничен, сообщает об отзыве медицинского изделия (см. приложение).

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю АО «Уральский приборостроительный завод» по тел.: +7 (916) 404-71-40 Моторин Максим Сергеевич, заместитель генерального директора АО «КРЭТ», e-mail: m.motorin@kret.com.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

АО "УПЗ" 624000 Россия, Свердловская область,  
Сысертский район, 25 км Челябинского тракта  
тел.: +7 (343) 359-93-76 факс: +7 (343) 359-93-77

22.06.2020 № 43/4063  
На № \_\_\_\_\_

Субъектам обращения  
медицинского изделия  
«Авента-М»

В дополнение к письму от 04.06.2020 № 43/3686 сообщаем о том, что АО «Уральский приборостроительный завод» проводится программа по дополнительной проверке функциональных и технических характеристик ранее выпущенных АИВЛ «Авента-М» (далее АИВЛ).

Проверка может проводиться как на заводе изготовителя, так и на месте фактической установки АИВЛ, силами АО «Уральский приборостроительный завод», либо с привлечением организаций, имеющих соответствующую лицензию.

По результатам проверки АИВЛ будет возвращен с приложением документов, подтверждающих возможность обращения.

До проведения вышеуказанных мероприятий и получения соответствующего документа, применение АИВЛ не допускается.

Все расходы на проведение вышеуказанных проверок берет на себя АО «Уральский приборостроительный завод».

Контактное лицо: Заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Моторин Максим Сергеевич, тел. +7(916) 404-71-40, e-mail: [m.motorin@kret.com](mailto:m.motorin@kret.com)

С уважением,  
Временный генеральный директор

А.А. Морозов