



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74  
www.roszdravnadzor.gov.ru

16 АВГ 2021

№ ОДЦ-1029/21

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2464561

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «ХБК Навтекс», производителя медицинского изделия: «Отрез марлевый медицинский нестерильный по ТУ 9393-002-10715071-2014 1000 см x 90 см.», партия 35301, дата производства 2020г, срок годности гарантийный срок годности 6 лет, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, регистрационное удостоверение от 10.04.2015 № РЗН 2015/2560, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «ХБК Навтекс» по контактными данным, указанным в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко

Р.Ф.  
Общество с ограниченной  
ответственностью «Хлопчатобумажная компания  
«Навтекс»

ООО «ХБК «НАВТЕКС»  
ИНН 3703047618 / КПП 370301001  
155830, г.Наволоки, Ивановской обл.

ул. Промышленная, 1  
р/с 40702810617000003421  
Ивановское отделение №8639

ПАО «Сбербанк России»

БИК 042406608

кор.счет 30101810000000000608

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл.

☎ телефон	9-79-22
☎ факс	9-77-32
☎ плановый отдел	9-74-67
☎ юрисконсульт	9-76-42



Русский  
реестр



В Федеральную службу по надзору  
в сфере здравоохранения  
109074, Москва, Славянская пл., д. 4,  
стр. 1

Исх. № 01-05/260 от 05.07.2021г

#### Уведомление о добровольном отзыве медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» (ООО «ХБК «Навтекс») уведомляет о добровольном отзыве медицинского изделия «Отрезы марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-002-10715071-2014, 1000 см x 90 см», партия 35301, дата производства 2020г, гарантийный срок годности 6 лет, производства ООО «ХБК «Навтекс», Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2560 от 10.04.2015г.

Отзыв производится в связи с появлением информации о несоответствии данного изделия параметрам технической документации ( письмо Росздравнадзора № 10-33686/21 от 21.06.2021г «О необходимости принятия мер на основании результатов экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия» ).

Все реализованные и неиспользованные потребителем изделия подлежат замене на аналогичные изделия других партий.

В случае возникновения вопросов у потребителя данного изделия просим обращаться к представителям ООО «ХБК «Навтекс» по телефону 8 (49331) 9-74-79 или по электронной почте [otk@navteks.ru](mailto:otk@navteks.ru).

Генеральный директор  
ООО «ХБК «Навтекс»



И.В.Столярова